

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

■実施日 2020年10月15日(木) ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
71	2021 5G010	抗核抗体(ANA)	現行試薬販売中止に伴う後継試薬への変更

* 基準値、検査方法、検体採取量等の変更はございません。

《新旧相関》

		現試薬		計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	61	2	63
	陰性	3	56	59
計		64	58	122

陽性・陰性の判定一致率:95.9%(117/122)

		(倍)							
新試薬	2560							2	
	1280							2	
	640						10		
	320					12	1		
	160			1	4	1			
	80			9					
	40	2	13	6					
	陰性	56	3						
		(倍)							
		現試薬							
		陰性	40	80	160	320	640	1280	2560

現試薬にて陽性と判定された検体における±1管以内の抗体価一致率:95.3%(61/64)

(株式会社医学生物学研究所添付文書より)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。