

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2020年 11月 2日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
71	2021 5G010	抗核抗体(ANA)	現行試薬販売中止に伴う後継試薬への変更。

* 基準値、検査方法、検体採取量等の変更はございません。

		現試薬		計
		陽性	陰性	
新試薬	陽性	61	2	63
	陰性	3	56	59
計		64	58	122

陽性・陰性の判定一致率:95.9%(117/122)

新試薬	(倍)							
	2560	1280	640	320	160	80	40	陰性
								2
								2
						10		
					12	1		
			1	4	1			
			9					
	2	13	6					
	56	3						
	陰性	40	80	160	320	640	1280	2560 (倍)
		現試薬						

現試薬に陽性と判定された
検体における土
1管以内の
抗体価一致率:95.3%(61/64)

(株式会社医学生物学研究所添付文書より)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。