

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2022年 5月 2日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考	
123	9468 5F190	単純ヘルペス ウイルスDNA定量	材料追加 (髄液)	検体量	髄液 0.7mL		
				容器	89(滅菌ポリスピッツ)		
				保存	凍結		
				基準値	1.0×10 ² 未満		
				単位	コピー/mL		
				所要日数	4~6日		
				報告範囲	1.0×10 ² >、1.0×10 ² ~5.0×10 ⁷ 、5.0×10 ⁷ <		
報告桁数	有効2、整数1、小数1						
125	9404 5F193	水痘・帯状疱疹 ウイルスDNA定性	5 項目共通	患部ぬぐい液の 容器	89 (滅菌ポリスピッツ)	59 (SDS EDTA-2Na入り容器)	測定委託先にお ける変更のため。
				保存	患部ぬぐい液:凍結	患部ぬぐい液:室温	
未掲載	9417 5F194	サイトメガロ ウイルスDNA定性	5 項目共通	備考	患部ぬぐい液:患部を ぬぐった滅菌綿棒を1 mLのPBSまたは生理 食塩水が入った滅菌 ポリスピッツ(89)に入 れ、そのまま凍結保 存して下さい。		
	9414 5F190	単純ヘルペス ウイルスDNA定性			下線部が追加になり ました。		
	9418 5F210	ヒトヘルペス ウイルス6型DNA定性					
	5F211	ヒトヘルペス ウイルス7型DNA定性					

*裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■実施日

2022年 5月 2日(月)ご依頼分より

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
125	9420 5F150	アデノウイルス DNA定性	結膜ぬぐい液の 容器	89 (滅菌ポリスピッツ)	59 (SDS EDTA-2Na入り容器)	測定委託先にお ける変更のため。
			保存	結膜ぬぐい液:凍結	結膜ぬぐい液:室温	
			備考	結膜ぬぐい液:患部を ぬぐった滅菌綿棒を1 mLのPBSまたは生理 食塩水が入った滅菌 ポリスピッツ(89)に入 れ、そのまま凍結保 存して下さい。 下線部が追加になり ました。		
134	2308 ~ 2310 5I014	薬剤によるリンパ球 刺激試験(DLST)	備考	受託可能日は月~金 曜日です。 1薬剤増す毎に血液5 mL必要となります。 血液と同時にご依頼 薬剤もご提出下さい。 (原則として皮内反応 注射薬は検査できま せん。) ヘパリンが起因薬剤と 疑われる場合は全て の採血管に「28」の容 器をご使用下さい。	受託可能日は月~金 曜日です。 1薬剤増す毎に血液5 mL必要となります。 血液と同時にご依頼 薬剤もご提出下さい。 (原則として皮内反応 注射薬は検査できま せん。) ヘパリンが起因薬剤と 疑われる場合は「28」 の容器をご使用下さ い。	

■実施日

2022年 5月 7日(土)ご依頼分より

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
86	4184 4D018	17-ケトステロイド7分画 (17-KS7分画)	検査方法	GC-MS/MS	GC-MS	測定委託先にお ける変更のため。
130	2762 8C241	RAS-BRAF遺伝子 変異解析	検査材料	未染スライド5枚 (5μm厚) 又は 組織 30mg(3mm角) ※対象材料からパラフ イン切片が削除になり、組 織が追加されます。	未染スライド5枚 (5~10μm厚) 又は パラフィン切片5枚 (5~10μm厚)	
			容器	組織:89 (滅菌ポリスピッツ)		
			保存	組織:凍結 (-70℃以下)		
未掲載	4182 4D016	17-ケトステロイド3分画 (17-KS3分画)	検査方法	GC-MS/MS	GC-MS	
	4189 4D019	ステロイド10分画	検査方法 報告下限*	GC-MS/MS 0.05mg/day以下	GC-MS 0.5mg/day以下	

* 分画成分の一つである「プレグナントリオロン」の報告下限を変更いたします。