

検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目の検査受託を中止させていただきたく、ご案内申し上げます。何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■最終受付日 2023年 3月 31日（金）ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	中止理由	代替項目
61	2129 5E156	トキソプラズマIgG抗体	測定試薬変更のため	[2191]トキソプラズマIgG抗体 詳細については下記代替項目参照
	2130 5E157	トキソプラズマIgM抗体		[2192]トキソプラズマIgM抗体 詳細については下記代替項目参照
132	9358 5F194	サイトメガロウイルスIgG		[9378]サイトメガロウイルスIgG 詳細については下記代替項目参照
	9359 5F194	サイトメガロウイルスIgM		[9379]サイトメガロウイルスIgM 詳細については下記代替項目参照

■受託開始日 2023年 4月 1日（土）より受託開始

■新規(代替)項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
2191 5E156	トキソプラズマIgG抗体	免疫 93	血液 各2 血清 各0.3	01 21	冷 冷	CLIA	1.6 IU/mL未満 (-)	2~3	*00
2192 5E157	トキソプラズマIgM抗体	免疫 95					0.83 S/CO未満 (-)		
9378 5F194	サイトメガロウイルスIgG	免疫 206					6.0 AU/mL未満 (-)	2~4	
9379 5F194	サイトメガロウイルスIgM						0.85 S/CO未満 (-)		

■判定基準

[トキソプラズマ IgG抗体]

IU/mL (抗体濃度)	判定
1.6未満	(-)陰性
1.6~2.9	(±)判定保留
3.0以上	(+)陽性

[トキソプラズマ IgM抗体]

S/CO	判定
0.83未満	(-)陰性
0.83~0.99	(±)判定保留
1.00以上	(+)陽性

[サイトメガロ IgG]

AU/mL	判定
6.0未満	(-)陰性
6.0以上	(+)陽性

[サイトメガロ IgM]

S/CO	判定
0.85未満	(-)陰性
0.85~0.99	(±)判定保留
1.00以上	(+)陽性

* 判定保留はございません

裏面もご確認下さい

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。

■ 相関図

[トキソプラズマ IgG抗体]

		現行試薬		合計
		(+)	(-)	
新試薬	(+)	18	2	20
	(-)	1	57	58
合計		19	59	78

陽性一致率: 94.7%
陰性一致率: 96.6%
全体一致率: 96.2%
(内部検討資料より)

[トキソプラズマ IgM抗体]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	17	1	0	18
	(±)	2	2	0	4
	(-)	0	1	27	28
合計		19	4	27	50

陽性一致率: 94.4%
陰性一致率: 96.4%
全体一致率: 92.0%
(委託先検討資料より)

[サイトメガロ IgG]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	46	2	0	48
	(-)	0	0	52	52
合計		46	2	52	100

陽性一致率: 95.8%
陰性一致率: 100.0%
全体一致率: 98.0%
(委託先検討資料より)

[サイトメガロ IgM]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	60	3	0	63
	(±)	1	4	0	5
	(-)	0	3	29	32
合計		61	10	29	100

陽性一致率: 95.2%
陰性一致率: 90.6%
全体一致率: 93.0%
(委託先検討資料より)